

**SISTEMA SANITARIO REGIONALE DEL PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Regione Gonzole n. 10 - 10043 ORBASSANO (TO)
Tel. 011/90.26.279- Fax 011/90.26.541**

FORNITURA IN SERVICE DI

“SISTEMA COMPLETO PER ESECUZIONE DI EMOCROMO CON FORMULA A 3/5 POPOLAZIONI LEUCOCITARIE” occorrente alla S.S.D. Servizio Trasfusionale dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano e al Servizio Trasfusionale dell'A.S.L. TO3 – Presidio di Pinerolo

Questa Azienda, stazione appaltante della procedura di gara in oggetto, ha bandito – deliberazione n. 455 del 07/08/2019 - una procedura di gara per il “Sistema Completo per la DIAGNOSTICA EMATOLOGICA”. A seguito di apertura documentazione amministrativa, tenutasi in data 21/10/2019, è emerso che il lotto n. 2, oggetto del presente bando, è andato deserto. Si intende pertanto avviare una indagine conoscitiva al fine di acquisire conoscenze sulle aziende presenti sul mercato che possano offrire un sistema completo con i seguenti requisiti:

Caratteristiche minime contaglobuli

1. Fornitura di strumenti nuovi di fabbrica di ultima generazione ovvero l'ultima versione del modello immesso nel mercato, completamente automatici (non ricondizionati);
2. Fornitura di stampanti (integrata o esterna) per i due contaglobuli
3. Ogni strumento deve eseguire almeno i seguenti parametri: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, formula leucocitaria a 3 o 5 popolazioni in valore % e assoluto;
4. Determinazione colorimetrica dell'HGB utilizzando reattivi privi di cianuro;
5. Ogni analizzatore deve eseguire campionamento da provetta primaria a tubo chiuso e da digito puntura con capillare ed esecuzione su microprovetta;
6. Deve essere eseguita l'identificazione positiva dei reagenti con indicazione del lotto e della data di scadenza;
7. Ogni sistema deve avere un archivio dati contenente il maggior numero possibile di test completi comprensivi dei parametri numerici, con possibilità di ristampa completa degli stessi;
8. Identificazione positiva del campione tramite lettore di barcode (indicare i tipi di barcode utilizzabili);
9. Fornitura di microprovette, pungidito e capillari in quantità di 6.000 totale/anno (2.000 per tipo)

Caratteristiche minime REAGENTI

1. Tutti i reagenti devono rispondere alle caratteristiche indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda tempi e modalità di conservazione e ricostituzione;
2. Tutti i reagenti devono riportare il marchio CE/IVD;

Caratteristiche indispensabili SISTEMA INFORMATICO (sia per A.O.U.San Luigi che per ASL TO3)

Il collegamento con il sistema Eliot può avvenire sia in modo bidirezionale che in modalità monodirezionale con inserimento dei dati del campione tramite lettura del codice a barre e trasferimento del risultato al LIS per via informatica.

CONTROLLI DI QUALITÀ

Programma di Valutazione Esterna della Qualità (VEQ)

Fornitura di programma di VEQ EQA10A (servizio UK NEQAS H EQA/PT) emocromo completo.

Controllo di Qualità interna (CQI)

Gli strumenti offerti, devono possedere il software di analisi, illustrazione grafica e archiviazione dei risultati (almeno una caratteristica fra: grafico di Levey-Jennings, medie mobili, regole di Westgard).

n. di test previsti:

Denominazione test	Numero test/anno	Frequenza analitica	Controlli di qualità interni (CQI)
Emocromo AOU San Luigi	3000	dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00	3 livelli (normale e patologico basso e alto), eseguiti una volta al giorno
Emocromo ASL TO3 Pinerolo	6000	dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00	3 livelli (normale e patologico basso e alto), eseguiti una volta al giorno

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda l'interesse alla partecipazione dichiarando la possibilità di fornire il sistema completo richiesto.

La predetta dichiarazione dovrà essere inviata in lingua italiana

entro il giorno **08/11/2019** alle ore **15,00**

per via TELEMATICA tramite la piattaforma per l'E-Procurement messa a disposizione dall'Azienda Regionale Innovazione e Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia, denominata SINTEL sul sito: www.sintel.regione.lombardia.it

SEDUTA PUBBLICA DI CONSULTAZIONE

A seguito della verifica di assenza di offerte relative al lotto n. 2, oggetto del presente bando, si prevede, successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, una seduta di pubblica consultazione atta a fornire maggiori dettagli tecnici per la definizione di un capitolato tecnico, tale da non falsare la concorrenza nel rispetto dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Nel caso venga manifestato l'interesse da parte di un unico fornitore, questa amministrazione intende altresì manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui venga manifestato l'interesse da parte di più fornitori, questa amministrazione procederà ad invitare i soggetti interessati per la definizione delle specifiche tecniche.

Orbassano, 22/10/2019

IL R.U.P.
Dott. Claudio AMPRINO
(Firmato in originale)