



DETERMINAZIONE

N. 567 del 02/12/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI VIDEOBRONCOSCOPI MONOUSO - PERIODO 36 MESI - VALORE DELLA FORNITURA EURO 198.000,00 IVA ESCLUSA.

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- PR_DET_PROP_1211_2022.pdf.p7m

AC350D05DFCDBCC5583774B800E9B09A9C8994713C8462F8BB61610296C5CC650AC05A25FB68EF4CA39C8749FE1B015865A10BC23FD6C34E203207AED5B0D5B1

- offerta_ambu.pdf

FDC744EA8B224DF9A7D0CD2E808A5B6B330B59DF8CC02F719CBB50684F25513C3238FADE94D1246B5BDA28E8D860DADDDC36B99EC57697D7112DC4F518422C71

- verbale_valutazione.pdf

DF99445F8E07482EA71A299E5056CA3B86E64DA27B65732C5BC02ADE330AFD3431E52DB8EE9CEB751571CD1A23DFFB357B900946E4C1C7F5BFF93D71CEDC5D85

- PROSPETTO_PUNTEGGI_VIDEOB.pdf

729252F2793E562B9C33B19A06B6A0FFA66B1040735EB5759968306EC2637F5F34A513B5E911CE02A347826383009479901B214EC1765BE9E63268F6A43C5502

- 2022_441.pdf

332E4C3C01E2C0CF3562B15E1A88D8605A8BD6F0AA4F3BDA4263F52631E53BF5764AB89DEB91C76F29101827C4C27C3B6327B52E7A46E805C27484121A0DFF73

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

- VCOMP_PR_DET_PROP_1211_2022.pdf.p7m
264BBF4935072CC37001A633AF2E2017CAF763497AE5506A681ECD5A47D6765FB30A4022489881031DCB53
E8EC20E1B85A3FF521BBF75F269E572A21F5A04BA4

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Struttura Proponente Provveditorato-Economato

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI VIDEOBRONCOSCOPI MONOUSO - PERIODO 36 MESI - VALORE DELLA FORNITURA EURO 198.000,00 IVA ESCLUSA.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Federica Fresco

Supporto al RUP
Luisella Derni

Il Dirigente Responsabile

AMPRINO CLAUDIO

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
2022	1/279	03100164	Euro 7000,00
Struttura titolare della spesa SC Farmacia Ospedaliera			
Dott.ssa Daniela Ielo			

Esecuzione dell'atto

Il presente atto diviene eseguibile dalla data di adozione

Procedimento a cura degli Affari Generali

In Orbassano Regione Gonzole 10, presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

“Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 28 febbraio 2020, in ordine alla propria competenza all'adozione del presente provvedimento ”;

- Acquisita in data 05/07/2022 la documentazione relativa al capitolato, trasmessa dalla S.S. Ingegneria Clinica, necessaria per la predisposizione di una procedura di gara per la fornitura in service di videobroncoscopi monouso per una durata contrattuale di mesi 36;

- Visto che che l'importo complessivo a base d'asta, per la fornitura in argomento, è stato quantificato in Euro 210.000,00 oneri fiscali esclusi;

- Considerato di procedere all'acquisto in oggetto, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.);

- Richiamato quanto segue:

- per l'acquisto in oggetto, la S.C. Provveditorato-Economato ha attivato in data 14/07/2022, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs n. 50/2016 e smi, una procedura di gara tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.), ID n. 3108391, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, (Me.PA), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nelle condizioni di fornitura;

- la procedura negoziata è stata effettuata utilizzando la piattaforma informatica sul sito della Consip S.p.A., www.acquistinretepa.it, con richiesta d'offerta (RDO) ID n. 3108391 aperta a qualsiasi fornitore del Me.PA. abilitato con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 08/09/2022, alle ore 15:00;

- l'avviso è stato pubblicato sul sito aziendale in data 14/07/2022;

- entro il termine stabilito sono pervenute n. 4 offerte, da parte delle seguenti Società:

- Advanced Systems For Endocare srl
- M.G. Lorenzatto srl
- Ambu
- Pentax Italia srl

- Richiamata la deliberazione nr. 475 del 29/09/2022 avente ad oggetto “Fornitura in service di videobroncoscopi flessibili monouso occorrenti all'AO San Luigi Gonzaga di Orbassano – Nomina Commissione Giudicatrice”;

- Rilevato che la S.C Provveditorato-Economato in data 04/10/2022, ha provveduto ad aprire telematicamente la documentazione amministrativa e tecnica delle offerte pervenute;

- Acquisito, in data 23/11/2022 con nota prot. nr. 15584, il verbale di valutazione, allegato quale parte integrante del presente atto (Allegato nr. 1) ;

- Visto che la Società Advanced Systems For Endocare srl non raggiungeva – a seguito di riparametrazione dei punteggi tecnici – la soglia minima di Punti 42/70 e all'uopo si è provveduto ad inoltrare la comunicazione di esclusione, con nota prot. nr. 15633 del 21/11/2022, conservata agli atti;
- Proceduto ad aprire, in seduta telematica nella giornata del 29/11/2022, le offerte economiche delle Società M.G. Lorenzatto srl – Ambu - Pentax Italia srl;
- Predisposto prospetto comparativo delle offerte (Allegato nr. 2) dal quale si evince che la Società Ambu ha acquisito il punteggio maggiore;
- Ravvisata la necessità di nominare per l'A.O.U. San Luigi Gonzaga, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera;
- Dato atto che la spesa complessiva per mesi 36 è pari ad Euro 198.000,00 oneri fiscali esclusi;
- Visto il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 ;
- Preso atto degli adempimenti espletati dal responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

- 1) di aggiudicare, per le motivazioni riportate in narrativa, alla Società Ambu la fornitura in service di videobroncoscopi monouso occorrenti all'AOU San Luigi Gonzaga, per una durata contrattuale di mesi 36, alle condizioni economiche di cui all'offerta ed alla scheda informatica nr. 2022/441 per un importo complessivo di Euro 198.000,00 IVA esclusa (Allegati nr. 3-4);
- 2) di registrare per l'anno 2022 la somma di Euro 7.000,00 (IVA inclusa), registrazione contabile n. 1/279 sul Conto 03100164 di competenza della S.C. Farmacia Ospedaliera;
- 3) di demandare per quanto di competenza alla S.C. Farmacia Ospedaliera la registrazione della rimanente somma sul Conto 03100164 a carico del Bilanci di competenza;
- 4) di individuare quale Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) il Dirigente Responsabile della S.C. Farmacia Ospedaliera;
- 5) di dare atto che la ditte affidataria, essendo iscritte al Bando “ BSS – Beni e Servizi per la Sanità” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/16, ha già autocertificato il possesso dei requisiti morali e professionali, necessari per poter contrattare con la pubblica amministrazione e che non risultano a questa Azienda Ospedaliera alcune cause interdittive che siano di impedimento alla stipula contrattuale;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) Legge Regionale n. 10 del 24/01/1995;

7) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";

8) di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge Regionale 10/95, al fine di poter permettere l'emissione degli ordinativi di fornitura.

SOTTOSCRITTA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE

AMPRINO CLAUDIO
con firma digitale

Allegati:

1. verbale di valutazione
2. prospetto comparativo
3. offerta ditta Ambu
4. scheda Oliamm 2022_441

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

PROTOCOLLO N. 15584/2022 DEL 21/11/2022

CLASSIFICAZIONE 01-09-01-02 - /

OGGETTO: VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE FORNITURA IN SERVICE DI VIDEOBRONCOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- verbale videobroncoscopi.pdf
477A62A7C77FCE10D92A47572AEA4491F2B5023EF8EDDCB2063C7747DB4076DBD
5928E70DB7460E2B6AB196D81378CBD66A141DE9622DE935110D0023E14D10B

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

A.O.U. S. LUIGI GONZAGA

21 NOV 2022

Prot. n° 15584
Tit. 01 Cat. 09
Classe 01 Sottoclasse 02

VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE

FORNITURA IN SERVICE DI VIDEOBRONCOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO OCCORRENTI ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA GARA SIMOG 8643818 CIG N. 9320096287 RDO N. 3108391

Il giorno 14/10/2022 alle ore 08:30 presso i locali della S.C. Farmacia Ospedaliera si è riunita la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte della procedura in oggetto, così composta:

Nome	Qualifica	Ruolo
Prof. Pietro CAIRONI	Direttore SCDU Anestesia e Rianimazione	Presidente
Dott. Massimo COMUNE	Dirigente Medico SSD Pneumologia Interventistica	Componente
Ing. Giuliana CRABUZZA	Collaboratore Tecnico Professionale SS Ingegneria Clinica	Componente
Dott.ssa Carlotta LERDA	Dirigente Farmacista	Componente
Dott.ssa Laura MAUGERI	Dirigente Medico Malattie Apparato Respiratorio	Componente

I presenti prendono atto che l'aggiudicazione della presente gara avrà luogo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il punteggio, come disciplinato negli atti di gara, verrà attribuito in base ai seguenti elementi:

70/100 punti qualità

30/100 punti prezzo

I 70 punti relativi alla qualità verranno attribuiti dalla Commissione sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nelle Condizioni Particolari di Fornitura – Art. 9 – Aggiudicazione.

La valutazione delle prestazioni e delle caratteristiche sarà effettuata verificando la corrispondenza alle specifiche generali, obbligatorie e preferenziali indicate e comparando le prestazioni e le caratteristiche con quanto richiesto, nonché in base ad eventuali prove tecniche.

I modelli valutati non rispondenti alle specifiche obbligatorie indicate all'art. 2 delle Condizioni Particolari di Fornitura saranno considerati non idonei e pertanto esclusi dalla graduatoria.

1



I 70 punti afferenti alla valutazione qualitativa rappresentano il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all'offerta con la migliore valutazione. Nel caso in cui la somma dei sottopunteggi fosse inferiore a tale valore massimo (per esempio 64) si procederà alla normalizzazione delle somme dei sottopunteggi.

Le offerte che non raggiungessero la soglia di sbarramento di 42/70 saranno escluse dalla graduatoria.

La Commissione prende atto che hanno presentato offerta i seguenti fornitori:

- ⇒ ASE Advanced Systems For Endocare Srl
- ⇒ MG Lorenzatto Srl
- ⇒ Ambu
- ⇒ Pentax Italia Srl

La procedura di gara prevedeva l'invio di idonea campionatura (n. 2 videobroncoscopi per ciascuna misura fornita e relativo sistema di raccolta per broncoaspirazione).

La Commissione procede quindi, con l'apertura delle campionature inviate dalle ditte presso la SC Farmacia Ospedaliera.

Si riscontra che tutte le ditte hanno presentato la campionatura completa ad esclusione delle ditte MG Lorenzatto e Ambu per le quali mancano n. 2 sistemi di raccolta broncoaspirazioni ciascuna. Si chiede alla SC Provveditorato di richiedere integrazione.

La Commissione prosegue con l'analisi dei criteri di valutazione. In particolare, per il criterio n. 3 è necessario effettuare una prova pratica, per cui si decide di programmare una prova con gli specialist delle ditte con videobroncoscopio demo da loro fornito, a cui far seguire delle prove in reparto nelle settimane successive utilizzando la campionatura pervenuta. Si fissa la data della demo al 02 novembre p.v. e si chiede alla SC Provveditorato di richiedere alle ditte partecipanti l'invio del dispositivo di visualizzazione (che dovrà rimanere a disposizione della AOU fino al 14 novembre) e di comunicare alle ditte la data in cui verrà effettuata la visione con specialist per dar loro modo di organizzarsi.

La successiva seduta viene programmata per il 24 ottobre 2022 presso la sala riunioni della SC Farmacia Ospedaliera.

La Commissione sospende la seduta alle ore 10:30.

La seduta riprende il 24 ottobre 2022 alle ore 08:30 presso la sala riunioni della SC Farmacia Ospedaliera.

La commissione riprende i lavori analizzando la documentazione tecnica fornita dalle ditte in relazione a ciascun criterio ad eccezione del criterio n. 3 per il quale occorre effettuare la prova pratica.



La successiva seduta si terrà il 02 novembre 2022 presso la sala riunioni della SC Farmacia Ospedaliera e in tale occasione si terranno le visioni delle ditte partecipanti che, come comunicato dalla SC Provveditorato, hanno confermato la loro partecipazione.
La Commissione sospende la seduta alle ore 13:00.

La seduta riprende il 02 novembre 2022 alle ore 11:00 presso la sala riunioni della SC Farmacia Ospedaliera.

La Commissione riprende i lavori procedendo alla visione dei sistemi di visualizzazione e dei videobroncoscopi demo portati in visione dagli specialist delle ditte partecipanti.
Ciascuna ditta partecipante ha tenuto una dimostrazione della durata di mezz'ora secondo il seguente ordine:

11:00 ASE Srl

11:30 Ambu Srl

12:00 MG Lorenzatto Srl

12:30 Pentax Italia Srl

Al termine delle demo, le ditte hanno consegnato i sistemi di visualizzazione presso la SC Farmacia Ospedaliera per consentire l'esecuzione nei giorni successivi delle prove in reparto.

Si rileva, inoltre, che Ambu e MG Lorenzatto hanno provveduto ad integrare la campionatura con i dispositivi di raccolta mancanti.

La successiva seduta si terrà il 14 novembre 2022 presso la sala riunioni della SC Farmacia Ospedaliera, nel frattempo i membri della Commissione proveranno i sistemi in reparto.
La Commissione sospende la seduta alle ore 13:15.

La seduta riprende il 14 novembre 2022 alle ore 09:00 presso la sala riunioni della SC Farmacia Ospedaliera.

La commissione riprende i lavori discutendo circa l'andamento delle demo del 02 novembre e delle prove pratiche effettuate presso i reparti (Rianimazione e Broncoscopia)

Dall'analisi della documentazione tecnica e dalle valutazioni derivanti dalle prove pratiche della strumentazione e dalla demo, la Commissione rileva quanto segue e assegna i relativi punteggi.

3



CRITERIO 1.A - CARATTERISTICHE TECNICHE VIDEOBRONCOSCOPIO - qualità materiali caratteristiche tecniche e costruttive

caratteristiche videobroncoscopi da scheda tecnica			
Ditta	Peso Lunghezza	angolazione	visione /telecamera
ASE	250 g 600mm	+/-210° Lateralità 180°	CMOS 400X400 FOV 110° 1 led Profondità di campo 3-100 mm
Ambu	169g 600mm	+/-180°(slim, regular) +/- 180° 160° (large)	CMOS 400X400 FOV 85° 2led Profondità di campo 6-50 mm
Lorenzatto	87-90 g 605mm	+/- 220° (agile) +/-200° (vortex)	CMOS 400X400 FOV 87.5° 2led Profondità di campo 5-50mm
Pentax	200 g 600mm	+/- 230° 210° (slim) +/-210° 180° (large)	CMOS HD 1920x1080 FOV 120° 4 led Profondità di campo 5-50 mm

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: SUFFICIENTE
- Ambu: BUONO
- MG Lorenzatto Srl: DISCRETO
- Pentax Italia Srl: SUFFICIENTE

CRITERIO 1.B - CARATTERISTICHE TECNICHE VIDEOBRONCOSCOPIO - dimensioni disponibili e copertura del più ampio range di procedure eseguibili con numero ridotto di misure

Ditta	XSmall		Small		Normal		Large		Xlarge	
	ID	OD	ID	OD	ID	OD	ID	OD	ID	OD
ASE	assente	2,5	1,2	3,2	2,2	4,9	2,8	5,8	3,2	6,2
Ambu			1,2	3,8	2	5	2,6	5,8		
MG Lorenzatto			1,4	3,9			2,8	5,6		
Pentax			1,2	3,4			3	5,3		

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: SUFFICIENTE
- Ambu: DISCRETO



- MG Lorenzatto Srl: BUONO
- Pentax Italia Srl: DISCRETO

**CRITERIO 1.C - CARATTERISTICHE TECNICHE VIDEOBRONCOSCOPIO -
caratteristiche e adeguatezza confezionamento**

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: DISCRETO
- Ambu: MOLTO BUONO
- MG Lorenzatto Srl: DISCRETO
- Pentax Italia Srl: SUFFICIENTE

**CRITERIO 1.D - CARATTERISTICHE TECNICHE VIDEOBRONCOSCOPIO -
caratteristiche sistema di campionamento broncoscopio**

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: DISCRETO
- Ambu: MOLTO BUONO
- MG Lorenzatto Srl: DISCRETO
- Pentax Italia Srl: DISCRETO

**CRITERIO 1.E - CARATTERISTICHE TECNICHE VIDEOBRONCOSCOPIO -
presenza e caratteristiche sistema di tenuta tubo endotracheale**

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: non tiene il tubo endotracheale. GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
- Ambu: OTTIMO
- MG Lorenzatto Srl: il sistema di tenuta endotracheale tiene il tubo ma su sollecitazione si stacca. QUASI SUFFICIENTE
- Pentax Italia Srl: BUONO





CRITERIO 2.A - CARATTERISTICHE TECNICHE UNITA' DI CONTROLLO E VISUALIZZAZIONE - qualità dei materiali caratteristiche tecniche e costruttive (dimensioni e risoluzione video, luminosità facilità disinfezione etc.)

Ditta	dimensione Schermo	risoluzione	durata Batteria
ASE	12,1 pollici	1280x8000	6 ore
Ambu	12,8 pollici	1280x800	3 ore
MG Lorenzatto	10,1 pollici	1280x800	3 ore
Pentax	11,6 pollici	1920x1080	3 ore

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: SUFFICIENTE
- Ambu: DISCRETO
- MG Lorenzatto Srl: DISCRETO
- Pentax Italia Srl: MOLTO BUONO

CRITERIO 2.B - CARATTERISTICHE TECNICHE UNITA' DI CONTROLLO E VISUALIZZAZIONE - facilità trasporto (sia stand alone che su carrello fornito)

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: BUONO
- Ambu: DISCRETO
- MG Lorenzatto Srl: SUFFICIENTE
- Pentax Italia Srl: DISCRETO



CRITERIO 2.C - CARATTERISTICHE TECNICHE UNITA' DI CONTROLLO E VISUALIZZAZIONE - funzionalità di gestione delle immagini e archiviazione

Ditta	funzionalità gestione immagini-archiviazione			
	memoria	Formato Esportazione	Wifi - LAN	Hdmi - usb
ASE	64 giga	MP4 - png - no dicom	sì	2 usb 3.0 1 usb 2.0 Hdmi
Ambu	32 giga	MP4 - png - dicom	Si	2 USb 3.0 Hdmi
MG Lorenzatto	16 giga	Avi - jpg-no dicom	sì	Hdmi - 1 usb
Pentax	64 giga	MP4 - png - dicom	sì LAN no WIFI	1 usb 3.0 1 usb 2.0, nella dock station è presente uscita DVI Video

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: BUONO
- Ambu: BUONO
- MG Lorenzatto Srl: SUFFICIENTE
- Pentax Italia Srl: SUFFICIENTE

CRITERIO 3.A - PROVA PRATICA - Qualità della visione e gestione delle immagini (qualità immagini riprodotte su unità di controllo, messa a fuoco e regolazione intensità luminosa, facilità di comando e registrazione, etc.)

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: durante le prove pratiche si sono riscontrati i seguenti problemi: visione "scattosa", scarsa luminosità, cattivo bilanciamento luce/colore (visione abbagliante da vicino e molto scura lontano). Si segnala inoltre la necessità di regolare il bianco all'inizio dell'esame. GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
- Ambu: DISCRETO
- MG Lorenzatto Srl: DISCRETO
- Pentax Italia Srl: BUONO

CRITERIO 3.B - PROVA PRATICA - Ergonomia (facilità inserimento e controllo, manovrabilità, angolazione, utilizzo pinze e strumenti esterni)

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: impossibilità di inserire strumenti nel canale operativo con valvola unidirezionale inserita (manca apertura e occorre incidere con molta forza la valvola - rimane sempre un minimo diaframma di gomma, non valicabile; da



notare che tale anomalia è risultata presente in tutti i pezzi forniti come campionatura).

QUASI ASSENTE

- Ambu: MOLTO BUONO
- MG Lorenzatto Srl: SUFFICIENTE
- Pentax Italia Srl: non è manovrabile soprattutto all'interno del tubo endotracheale e si verifica un effetto di memoria di forma sulla frusta. GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

CRITERIO 3.C – PROVA PRATICA - aspirazione e facilità esecuzione procedure

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: necessità di rimuovere la valvola per l'esecuzione delle procedure perdendo totalmente di aspirazione. QUASI ASSENTE
- Ambu: MOLTO BUONO
- MG Lorenzatto Srl: DISCRETO
- Pentax Italia Srl: SUFFICIENTE

CRITERIO 4.A – OPZIONI E MIGLIORIE - disponibilità di altri strumenti monouso per gestione delle vie aeree utilizzabili con medesima unità di controllo e visualizzazione

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: non sono disponibili altri strumenti per la gestione delle vie aeree. ASSENTE
- Ambu: disponibili tubi a doppio lume e rinolaringo. MOLTO BUONO
- MG Lorenzatto Srl: non sono disponibili altri strumenti per la gestione delle vie aeree. ASSENTE
- Pentax Italia Srl: non sono disponibili altri strumenti per la gestione delle vie aeree. ASSENTE

CRITERIO 4.B – OPZIONI E MIGLIORIE - compatibilità con il laser

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: dichiarazione di compatibilità della ditta confermata dalla prova pratica. SUFFICIENTE
- Ambu: non compatibile: dichiarazione di non compatibilità della ditta confermata dalla prova pratica. ASSENTE
- MG Lorenzatto Srl: dichiarazione di compatibilità della ditta confermata dalla prova pratica. SUFFICIENTE
- Pentax Italia Srl: manca dichiarazione di compatibilità della ditta. Alla prova pratica risulta compatibile. SUFFICIENTE

CRITERIO 5.A - ASSISTENZA TECNICA - condizioni tecniche del contratto di assistenza tecnica full-risk (tempistiche di intervento, sede e n. tecnici, disponibilità unità di controllo muletto, etc.)

- ASE Advanced Systems For Endocare Srl: DISCRETO
- Ambu Srl: SUFFICIENTE
- MG Lorenzatto Srl: BUONO
- Pentax Italia Srl: OTTIMO



I punteggi definitivi, assegnati all'unanimità, sono riassunti nella Tabella Punteggi allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. Nella Tabella Punteggi sono riportati anche i punteggi dopo la riparametrazione.

La Commissione prende atto che la Ditta ASE Advanced Systems For Endocare Srl, avendo riportando numerose gravi insufficienze, non raggiunge la soglia di sbarramento di 42 punti su 70 e pertanto verrà esclusa dalla graduatoria.

La Commissione Giudicatrice conclude la seduta alle ore 12:40 e trasmette il presente verbale alla SC Provveditorato per il seguito di competenza.

Il presente verbale è costituito da n. 9 pagine e dalla Tabella Punteggi allegata quale parte integrante e sostanziale.

Orbassano, 14/11/2022

Fatto, letto e sottoscritto.

Prof. Pietro CAIRONI
Direttore SCU Anestesia e Rianimazione

Dott. Massimo COMUNE
Dirigente Medico SSD Pneumologia Interventistica

Ing. Giuliana CRABUZZA
Collaboratore Tecnico Professionale SS Ingegneria Clinica

Dott.ssa Carlotta LERDA
Dirigente Farmacista

Dott.ssa Laura MAUGERI
Dirigente Medico Malattie Apparato Respiratorio

Tabella punteggi Commissione Giudicatrice

1	VIDEOBRONCOSCOPI	ASE ADVANCED SYSTEMS FOR ENDOCARE		AMBU		MG LORENZATTO		PENTAX ITALIA	
		Valutazione attribuita (da 0 a 1)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	Valutazione attribuita (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	Valutazione attribuita (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	Valutazione attribuita (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)
		(1)	(3)=(2)x(1)	(2)	(3)=(2)x(1)	(2)	(3)=(2)x(1)	(2)	(3)=(2)x(1)
	CARATTERISTICHE TECNICHE VIDEOBRONCOSCOPIO								
A	qualità materiali caratteristiche tecniche e costruttive	0,60	3,00	0,80	4,00	0,70	3,50	0,60	3,00
B	dimensioni disponibili e copertura del più ampio range di procedure eseguibili con numero ridotto di misure	0,60	4,80	0,70	5,60	0,80	6,40	0,70	5,60
C	caratteristiche e adeguatezza confezionamento	0,70	2,10	0,90	2,70	0,70	2,10	0,60	1,80
D	caratteristiche sistema di campionamento broncoscopio	0,70	1,40	0,90	1,80	0,70	1,40	0,70	1,40
E	presenza e caratteristiche sistema di tenuta tubo endotracheale	0,20	0,40	1,00	2,00	0,50	1,00	0,80	1,60
	CARATTERISTICHE TECNICHE UNITA' DI CONTROLLO E VISUALIZZAZIONE								
A	qualità dei materiali caratteristiche tecniche e costruttive (dimensioni e risoluzione video, luminosità facilità disinfezione ect)	0,60	2,40	0,70	2,80	0,70	2,80	0,90	3,60
B	facilità trasporto (sia stand alone che su carrello fornito)	0,80	2,40	0,70	2,10	0,60	1,80	0,70	2,10
C	funzionalità di gestione delle immagini e archiviazione	0,80	2,40	0,80	2,40	0,60	1,80	0,60	1,80
	PROVA PRATICA (qualità esame, gestione su monitor e regolazione/ottimizzazione immagini e altre funzioni)								
A	Qualità della visione e gestione delle immagini (qualità immagini riprodotte su unità di controllo, messa a fuoco e regolazione intensità luminosa, facilità di comando e registrazione ect)	0,20	2,00	0,70	7,00	0,70	7,00	0,80	8,00
B	Ergonomia (facilità inserimento e controllo, manovrabilità, angolazione, utilizzo pinze e strum. Esterni)	0,10	1,00	0,90	9,00	0,60	6,00	0,20	2,00
C	aspirazione e facilità esecuzione procedure	0,10	1,00	0,90	9,00	0,70	7,00	0,60	6,00
	OPZIONI E MIGLIORIE								
A	disponibilità di altri strumenti monouso per gestione delle vie aeree utilizzabili con medesima unità di controllo e visualizzazione	0,00	0,00	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
B	compatibilità con il laser	0,60	1,20	0,00	0,00	0,60	1,20	0,60	1,20
	ASSISTENZA TECNICA								
A	condizioni tecniche del contratto di assistenza tecnica full-risk (tempistiche di intervento, sede e n. tecnici, disponibilità unità di controllo muletto ect)	0,70	4,20	0,60	3,60	0,80	4,80	1,00	6,00
TOTALE PUNTEGGIO			28,30		53,80		46,80		44,10
Punteggio massimo prima della riparametrazione		70,00							
Punteggio dopo la riparametrazione		53,80							
TOTALE PUNTEGGIO			36,82		70,00		60,89		57,38

PROSPETTO COMPARATIVO DELLE OFFERTE - VIDEOBRONCOSCOPI MONOUSO				
DESCRIZIONE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE
ADVANCED SYSTEMS FOR ENDOCARE	36,82			
MG LORENZATTO	60,89	€ 189.000,00	30,00	90,89
PENTAX ITALIA	57,38	€ 209.900,00	27,01	84,39
AMBU	70,00	€ 198.000,00	28,64	98,64

A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano
 Schema d'offerta RDO fornitura di videobroncoscopi monouso
 Ditta/p.IVA AMBU SRL / P.IVA 11160660152 - Via Paracelso, 20 - 20864 Agrate Brianza (MB)
 N. offerta O-Mepa-2022.08.281
 Data 05/09/2022

parte a) APPARECCHIATURE in comodato d'uso gratuito								
Oggetto	b) QUANTITA' TOTALE	Produttore	Modello / codice fornitore / RDM			c) Prezzo unitario di listino (IVA esclusa)	d) Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Costo complessivo per tutta la durata della fornitura (b*d)
Sistema di visualizzazione e controllo (DETTAGLIARE COMPONENTI E ACCESSORI)	10	AMBU A/S	aView 2 Advance	405011000	1967475	5500	comodato d'uso gratuito, comprensivo di assistenza tecnica full-risk, per tutta la durata contrattuale	
		Bieffe Italia srl	Carrello Gima	W50 GIMA 1	2033606/R	830		
parte b) MATERIALI DI CONSUMO								
Oggetto	b) QUANTITA' TOTALE	Produttore	Modello / codice fornitore / RDM (Indicare tutte le varianti disponibili)			c) Prezzo unitario di listino (IVA esclusa)	d) Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Costo complessivo per tutta la durata della fornitura (b*d)
Videobroncoscopio monouso in confezione sterile – varie misure (DETTAGLIARE)	1000	AMBU A/S	aScope 4 Broncho Regular - 5.0/2.2 + Sampler Set	477501000	2156959	370	€ 198,00	€ 198.000,000
			aScope 4 Broncho Large - 5.8/2.8 + Sampler Set	478501000	2156968	370		
			aScope 4 Broncho Slim 3.8/1.2	476001000	2255026	370		
Dispositivo per il campionamento BAL	500	AMBU A/S	BronchoSampler	Compresi nelle confezioni di Regular e Large			Fornitura in sconto merce per tutta la durata contrattuale per i quantitativi indicati	
Totale FORNITURA VIDEOBRONCOSCOPI MONOUSO IVA ESCLUSA [importo non superabile € 210.000,00]							€	198.000,000
I.V.A.	22%						€	43.560,000
Totale complessivo (IVA inclusa)							€	241.560,000

<i>Al sensi dell'art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008, si indicano specificatamente i costi di sicurezza aziendale (già ricompresi nel suddetto totale) che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura</i>	€	396,00
<i>Al sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. N. 50/2016, i costi della manodopera (già ricompresi nel suddetto totale) sono così individuati</i>	€	6.930,00

Sconto listino (allegare listino accessori/consumabili):	46,48%
--	--------

Contratto: 2022-441 Validita' dal 05/12/2022 al 04/12/2025 DERNI
Tipo :
Fornitore: 2994712 AMBU S.R.L. GIA' MEDICOTEST S.R.L. **Importo** 241 560.00
Ordinato 0.00
Residuo 241 560.00

Impegno di Spesa: 1 2022 1 279
Cdc responsabile: 50000 FARMACIA OSPEDALIERA - COSTI COMUNI
CIG: 9320096287 SERVICE VIDEOBRONCO

Note: COMODATO D'USO GRATUITO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA
F.R DI NR. 10 SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE E CONTROLLO MODELL
DVANCE 405011000+CARRELLO GIMA W50 GIMA1
FORNITURA IN SCONTO MERCE DI DISPOSITIVI PER IL CAMPIONAMENT
O COMPRESI NELLE CONFEZIONI DEI VIDEOBRONCO REGULAR E LARGE

CLM/Prodotto	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sc%IVA
ESTRVAR-85715	VIDEOBRONCOSCOPIO FLESSIBILE MONO STER. AMBU aSCOPE BRONCHO SLIM REF. 476001000	NR	300.00	198.000000	0.00 22
Importo :	72 468.00 Qta ordinata	Stato : Aperto			0.00
CIG:	9320096287 SERVICE VIDEOBRONCO	0.00 Valore ordinato:			0.00
ESTRVAR-94404	VIDEOBRONCOSCOPIO MONOUSO REGULAR AMBUaSCOPE+BRONCHOSAMPLER COD.477501000	NR	300.00	198.000000	0.00 22
Importo :	72 468.00 Qta ordinata	Stato : Aperto			0.00
CIG:	9320096287 SERVICE VIDEOBRONCO	0.00 Valore ordinato:			0.00
ESTRVAR-94405	VIDEOBRONCOSCOPIO MONOUSO LARGE AMBUaSCOPE+BRONCHOSAMPLER COD.478501000	NR	400.00	198.000000	0.00 22
Importo :	96 624.00 Qta ordinata	Stato : Aperto			0.00
CIG:	9320096287 SERVICE VIDEOBRONCO	0.00 Valore ordinato:			0.00

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

**Visto del Titolare della Spesa
Proposta n. 1211 /2022**

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI VIDEOBRONCOSCOPI MONOUSO - PERIODO 36 MESI - VALORE DELLA FORNITURA EURO 198.000,00 IVA ESCLUSA.

Orbassano li, 02/12/2022

Sottoscritto da
(IELO DANIELA)
con firma digitale



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 567 del 02/12/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI VIDEOBRONCOSCOPI MONOUSO - PERIODO 36 MESI - VALORE DELLA FORNITURA EURO 198.000,00 IVA ESCLUSA..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

07/12/2022

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)