

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Regione Gonzole, 10 – 10043, Orbassano (TO)

C.F. 95501020010, P. IVA 02698540016

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano intende espletare la presente ricognizione, ai sensi dell'Art. 77, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., al fine di conoscere gli eventuali operatori economici interessati a partecipare alla procedura avente ad oggetto "**MATERIALE DI CONSUMO PER LA S.S. RADIOTERAPIA**", da aggiudicarsi a lotto unico.

A seguire le specifiche della fornitura in oggetto:

MATERIALE DI CONSUMO PER LA S.S. RADIOTERAPIA

Requisiti indispensabili:

- **MASCHERE TERMOPLASTICHE PER TRATTAMENTI RADIOTERAPICI (TRATTAMENTI IMRT-VMAT) DEL DISTRETTO CERVICO-CEFALICO A 5 PUNTI DI AGGANCIO**
 - maschere in materiale termoplastico a 5 lembi, compatibili con le basi di aggancio in dotazione (modello Posifix - ditta CIVCO Radiotherapy)
 - microperforate con apertura in corrispondenza del naso
 - spessore inferiore a 2.4 mm
 - materiale resistente, antiaderente, ipoallergenico, facilmente modellabile e confortevole per il paziente
 - la foratura deve consentire una corretta modellabilità senza restringersi una volta asciutta e senza perdere o modificare la forma ottenuta, per consentire un posizionamento stabile e riproducibile quotidianamente e garantire la necessaria precisione dei trattamenti radioterapici.
- **MASCHERE TERMOPLASTICHE PER TRATTAMENTI RADIOTERAPICI (TRATTAMENTI IMRT-VMAT) DEL DISTRETTO CERVICO-CEFALICO A 3 PUNTI DI AGGANCIO**
 - maschere in materiale termoplastico a 3 lembi, compatibili con le basi di aggancio in dotazione (modello Posifix - ditta CIVCO Radiotherapy)
 - microperforate con apertura in corrispondenza del naso

- spessore inferiore a 2.4 mm
- estensione in corrispondenza della laringe
- materiale resistente, antiaderente, ipoallergenico, facilmente modellabile e confortevole per il paziente
- la foratura deve consentire una corretta modellabilità senza restringersi una volta asciutta e senza perdere o modificare la forma ottenuta, per consentire un posizionamento stabile e riproducibile quotidianamente e garantire la necessaria precisione dei trattamenti radioterapici.
- **MASCHERE TERMOPLASTICHE PER TRATTAMENTI RADIOTERAPICI (TRATTAMENTI IMRT-VMAT) DEL DISTRETTO CERVICO-CEFALICO A 3 PUNTI DI AGGANCIO, CON APERTURA SUL VISO (TIPO "OPEN FACE")**
 - maschere in materiale termoplastico a 3 lembi, compatibili con le basi di aggancio in dotazione (modello Posifix - ditta CIVCO Radiotherapy)
 - microperforate con apertura in corrispondenza di occhi, naso e bocca
 - spessore inferiore a 2.4 mm
 - materiale resistente, antiaderente, ipoallergenico, facilmente modellabile e confortevole per il paziente
 - la foratura deve consentire una corretta modellabilità senza restringersi una volta asciutta e senza perdere o modificare la forma ottenuta, per consentire un posizionamento stabile e riproducibile quotidianamente e garantire la necessaria precisione dei trattamenti radioterapici.
- **ADESIVO CUTANEO SUREMARK PER RADIOTERAPIA (CON MARKERS METALLICI SFERICI DIAMETRO 1,5 MM)**
 - adesivo cutaneo circolare, ipoallergenico con adeguata tenuta sulla cute del paziente e/o sul materiale termoplastico delle maschere e/o dei cuscini.
 - marker radiopaco sferico al centro dell'adesivo ben adeso all'adesivo in modo tale da non staccarsi.
- **SUREMARK FILO (MARKER METALLICO FILO 0.3 MM LUNGH 336 CM)**
 - adesivo ipoallergenico con adeguata tenuta sulla cute del paziente e/o sul materiale termoplastico delle maschere e/o dei cuscini.
 - marker radiopaco (sferico o a filo) ben adeso al cerotto in modo da non staccarsi
- **CUSCINI TIPO ACCUFORM TESTA/COLLO MODELLABILI PER RADIOTERAPIA**
 - materiale radiotrasparente
 - modellabile con acqua o dopo riscaldamento
 - materiale ipoallergenico, inodore
 - la forma ottenuta dal cuscino dopo manipolazione deve essere mantenuta e non deve modificarsi per poter garantire la corretta riproducibilità dei trattamenti radioterapici.
 - Caratteristica migliorativa: possibilità di essere riutilizzati.
- **MARKER NON METALLICI CIRCOLARI PER PROTEZIONE CUTE**
 - adesivo cutaneo circolare, ipoallergenico con adeguata tenuta sulla cute del paziente e/o sul materiale termoplastico delle maschere e/o dei cuscini.

N. pezzi/anno:

- **MASCHERE TERMOPLASTICHE PER TRATTAMENTI RADIOTERAPICI (TRATTAMENTI IMRT-VMAT) DEL DISTRETTO CERVICO-CEFALICO A 5 PUNTI DI AGGANCIO - 50/ANNO**
- **MASCHERE TERMOPLASTICHE PER TRATTAMENTI RADIOTERAPICI**

(TRATTAMENTI IMRT-VMAT) DEL DISTRETTO CERVICO-CEFALICO A 3 PUNTI DI AGGANCIO - 30/ANNO

- **MASCHERE TERMOPLASTICHE PER TRATTAMENTI RADIOTERAPICI (TRATTAMENTI IMRT-VMAT) DEL DISTRETTO CERVICO-CEFALICO A 3 PUNTI DI AGGANCIO, CON APERTURA SUL VISO (TIPO "OPEN FACE") - 15/anno**
- **ADESIVO CUTANEO SUREMARK PER RADIOTERAPIA (CON MARKERS METALLICI SFERICI DIAMETRO 1,5 MM) - 3300/anno**
- **SUREMARK FILO (MARKER METALLICO FILO 0.3 MM LUNGH 336 CM) - 10/anno**
- **CUSCINI TIPO ACCUFORM TESTA/COLLO MODELLABILI PER RADIOTERAPIA - 40/anno**
- **MARKER NON METALLICI CIRCOLARI PER PROTEZIONE CUTE - 2000/ANNO**

Durata: 24 mesi;

I quantitativi sono presunti, quindi puramente indicativi, e potranno essere variati secondo le necessità.

La presente procedura si svolge, ai sensi dell'Art. 25 del D.Lgs 36/2023, attraverso l'utilizzo del sistema telematico Sintel di Aria S.p.A., accessibile dal sito internet: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

L'operatore economico interessato deve presentare la seguente documentazione sottoscritta digitalmente: **All. A - Istanza di partecipazione;**

La documentazione sopra indicata deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso la Piattaforma Sintel di Aria S.p.A. entro e non oltre il termine ultimo indicato sulla Piattaforma stessa.

Si precisa che nella presente procedura non dovrà essere indicata alcuna offerta economica.

Pertanto, nel caso in cui la piattaforma richiedesse l'inserimento di un valore economico, si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore di Euro 1,00 (valore simbolico di cui non si terrà conto).

La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce condizione di accesso alla futura eventuale procedura di gara, né pretesa alcuna in relazione all'eventuale successivo espletamento della gara d'appalto.

Nel contempo, la mancata partecipazione all'indagine di mercato non è preclusiva rispetto alla partecipazione alla futura eventuale procedura di gara.

La presente indagine non costituisce alcun impegno per questa Amministrazione relativamente all'avvio della procedura in esame.

NON presentare alcuna offerta. Trattasi di "Manifestazione di interesse".

I dati e le informazioni acquisiti attraverso la presente indagine saranno trattati, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5 e ss. del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27.04.2016 – Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali ("G.D.P.R." General Data Protection Regulation), esclusivamente per le finalità relative al medesimo.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti".

Firmato in originale

Il Responsabile Unico di Progetto

Allegati:

- All. A - Istanza di partecipazione;

Documento da sottoscrivere digitalmente

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario