



## **FRONTESPIZIO LETTERA**

**PROTOCOLLO N. 4443/2026 DEL 18/03/2026**

CLASSIFICAZIONE 01-07-02 - /

**OGGETTO:** AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – PROCEDURA SINTEL ID 216555720 – FORNITURA DI UN SISTEMA PER ECOENDOSCOPIA BRONCHIALE (EBUS) PER INDAGINI PERIFERICHE AVANZATE – CUP: E89I23001270002 – CIG: BAE51C8DB7.

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

### **Allegati:**

- LETTERA\_PROT\_2026\_4443.pdf.p7m  
F001113861F5121000408C9867BE5946F16259B8389576E66EFE64AA547C55A2F18DB  
D2A4D68D90F39AEB55214BA6E754113F48712BDF7A78A3A723D3E62A6701

**PUPPATO DANIELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

S.S. Ingegneria Clinica  
Dirigente Responsabile: Ing. Daniele Puppato  
Tel. 011.9026472 - 6763  
e-mail: [ing.clinica@sanluigi.piemonte.it](mailto:ing.clinica@sanluigi.piemonte.it)  
pec: [aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it](mailto:aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it)

Classificazione 01-07-02

*A chi di interesse*

**OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – PROCEDURA SINTEL ID 216555720 – FORNITURA DI UN SISTEMA PER ECOENDOSCOPIA BRONCHIALE (EBUS) PER INDAGINI PERIFERICHE AVANZATE – CUP: E89I23001270002 – CIG: BAE51C8DB7.**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga (nel seguito Stazione Appaltante/Azienda/A.O.U.) intende espletare, per adeguata trasparenza e secondo i principi di efficacia, economicità e imparzialità, apposita indagine di mercato sulla piattaforma Sintel, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa A.O.U., esista più di un operatore economico in grado di fornire un **SISTEMA PER ECOENDOSCOPIA BRONCHIALE (EBUS) PER INDAGINI PERIFERICHE AVANZATE** con le caratteristiche di seguito richieste, che consenta il più ampio accesso all'albero bronchiale coniugato ad elevate capacità di campionamento, dotato pertanto di ecoendoscopi lineari standard e ultrasottile e di tecnologia delle minisonde radiali, occorrente alla S.S.D. Pneumologia Interventistica dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano.

L'appalto verrà aggiudicato a lotto unico.

**L'importo presunto per la fornitura del sistema è di € 139.000,00 (IVA esclusa).**

Sono previsti i servizi opzionali di assistenza tecnica full-risk comprensiva di protezione dai danni operativi e accidentali agli endoscopi e sostituzione periodica delle minisonde, per un periodo di 60 mesi dal collaudo, per un importo presunto di € 240.000,00 (IVA esclusa). L'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è pertanto di € 379.000,00 (IVA esclusa).

La fornitura in oggetto è cofinanziata con fondi FSC 2021-2027, di cui all'accordo sottoscritto tra la Presidenza della Regione Piemonte e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 07/12/2023 - CUP: E89I23001270002 "Sostituzione apparecchiature obsolete o reintegro di dotazioni indispensabili per vari reparti".

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse dovranno inviare la documentazione richiesta tramite la piattaforma telematica Sintel entro il termine indicato sulla piattaforma.

La Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SinTel, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle "Modalità tecniche di l'utilizzo della piattaforma SinTel".

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere eventuali manifestazioni d'interesse (non è consentito, in questa fase, presentare offerte, quotazioni o valutazioni economiche) per favorire la partecipazione e comunque la consultazione degli operatori economici, per il fine sopra sinteticamente enunciato. Le manifestazioni di interesse dovranno, pertanto, pena l'irricevibilità, indicare con esattezza e completezza se l'operatore economico ritiene di poter presentare legittimamente la propria candidatura, indicando dettagliatamente i requisiti specifici posseduti, in relazione a quanto più avanti specificatamente richiesto e indicato.

L'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di nessun obbligo specifico da parte di questa Amministrazione che non assume pertanto alcun vincolo in ordine alla propria attività negoziale.

Sulla base delle risultanze prodotte dal presente Avviso, nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui risulti un unico fornitore interessato in possesso dell'idonea capacità tecnica, questa Amministrazione procederà all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 76 comma 2 lettera b) punto 2) del D.Lgs. n. 36/2023 (concorrenza assente per motivi tecnici).

## OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

**A) Stazione appaltante:** Azienda Ospedaliero Universitaria S. Luigi Gonzaga, Regione Gonzole 10 - 10043 Orbassano (TO) - Centralino: 011/90 261 - Cod. Fisc. 95501020010 - P.I. 02698540016. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, del Codice e dell'art. 2, comma 1, dell'allegato I.2, del Codice, l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento è la S.S. Ingegneria Clinica dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga, il responsabile unico del progetto è l'Ing. Daniele Puppato.

Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti alla S.S. Ingegneria Clinica:

- Ing. Giuliana Crabuzza - tel. 011/902 6760, email: [g.crabuzza@sanluigi.piemonte.it](mailto:g.crabuzza@sanluigi.piemonte.it)
- Ing. Roberto Ruffinello - tel. 011/902 6922, email: [r.ruffinello@sanluigi.piemonte.it](mailto:r.ruffinello@sanluigi.piemonte.it)
- Dott. Roberto Spoto - tel. 011/902 6882, email: [r.spoto@sanluigi.piemonte.it](mailto:r.spoto@sanluigi.piemonte.it).

### B) Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un SISTEMA PER ECOENDOSCOPIA BRONCHIALE (EBUS) PER INDAGINI PERIFERICHE AVANZATE e dei servizi opzionali di assistenza tecnica full-risk comprensiva di protezione dai danni operativi e accidentali agli endoscopi e sostituzione periodica delle minisonde, per un periodo di 60 mesi dal collaudo.

## C) Caratteristiche tecniche minime richieste

### **Caratteristiche tecniche della fornitura**

E' richiesta la fornitura di un SISTEMA PER ECOENDOSCOPIA BRONCHIALE (EBUS) PER INDAGINI PERIFERICHE AVANZATE che consenta il più ampio accesso all'albero bronchiale coniugato ad elevate capacità di campionamento.

Il sistema dovrà essere così configurato:

- n. 1 strumento EBUS lineare "ultrasottile" con diametro dell'estremità distale non superiore a 5,9 mm, tipo Olympus BF-UCP190F, che consenta accessi e campionamenti nei bronchi segmentari e sub-segmentari non possibili con strumenti standard, documentati in letteratura
- n. 1 strumento EBUS lineare "standard" con diametro dell'estremità distale non superiore a 6,6 mm, tipo BF-UC190F
- n. 1 ecoprocessore tipo Olympus EU-ME3 utilizzabile in abbinamento ai videoprocessori Olympus serie CV-190 di proprietà ospedaliera, completo di cavo di connessione agli ecoendoscopi (eventuali concorrenti dovranno fornire senza oneri aggiuntivi un videoprocessore dedicato)
- n. 1 motore di movimentazione delle minisonde tipo Olympus MAJ-1720, collegabile allo stesso ecoprocessore, completo di braccio di supporto a pantografo (eventuali concorrenti dovranno fornire senza oneri aggiuntivi un ecoprocessore dedicato se necessario)
- fornitura iniziale di almeno n. 2 minisonde EBUS radiali
- fornitura di tutti gli accessori/raccordi necessari per il lavaggio degli ecoendoscopi in lavaendoscopi tipo Soluscope 4 e conservazione in armadi ventilati tipo ETR Plus di proprietà ospedaliera
- marcatura CE di tutta la strumentazione secondo regolamento europeo MDR 2017/745
- garanzia dai difetti di fabbricazione su tutta la strumentazione offerta di almeno 24 mesi dalla data del collaudo

### **Caratteristiche tecniche del servizio di assistenza post-vendita**

Il servizio di assistenza post-vendita, per un periodo di 60 mesi dalla data del collaudo, dovrà prevedere:

- l'assistenza tecnica con formula "kasko" a protezione dai danni operativi e accidentali agli ecoendoscopi, di qualunque natura con la sola eccezione del dolo, con fornitura di muletto entro 8 ore lavorative, comprensiva di chiamate e ricambi illimitati, visite di manutenzione programmata secondo le indicazioni del produttore (a titolo oneroso fin dalla data di collaudo se non inclusa nella garanzia iniziale di fabbrica);
- l'assistenza tecnica full-risk sulla restante strumentazione offerta, comprensiva di chiamate e ricambi illimitati, visite di manutenzione programmata secondo le indicazioni del produttore (inclusa nella fornitura senza oneri aggiuntivi durante il periodo iniziale di garanzia, a titolo oneroso dalla scadenza della garanzia);
- la sostituzione per usura fisiologica delle minisonde oltre il numero di utilizzi garantito, per un quantitativo presunto di n. 4 minisonde/anno.

I dettagli operativi e prestazionali dei servizi richiesti saranno meglio definiti nella documentazione tecnica a corredo della successiva procedura di affidamento, in esito alla presente manifestazione di interesse.

## **SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, iscritti sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia, accessibile dall'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) ed abilitati sull'elenco fornitori telematico, per la categoria oggetto di negoziazione, più specificatamente: CPV 33168000-5 - Apparecchi per endoscopia e endochirurgia e 50421000-2 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche, entro i termini di presentazione delle offerte.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente essere registrati al servizio FVOE raggiungibile al seguente link del portale dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

I soggetti ammessi non devono avere avuto affidamenti in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2021 verso soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Non devono inoltre avere a proprio carico cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) né condizioni di cui all'art. 53 comma 16 – ter del D. Lgs. 165/2001 né devono essere incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

In particolare, oltre all'assenza dei motivi di esclusione previsti dagli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici devono essere iscritti al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] ovvero, se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, essere iscritti presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del D. Lgs. 36/2023, per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto.

Sono ammessi alla manifestazione di interesse anche operatori economici che intendono raggrupparsi temporaneamente ai sensi dell'articolo 65 comma 2 del D.Lgs 36/2023.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorzarsi o raggrupparsi le dichiarazioni, contenute nell'Allegato 1 al presente Avviso, sottoscritte dalle medesime imprese.

Le Associazioni temporanee eventualmente già costituite devono presentare, oltre alla documentazione Allegato 1 di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o

della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

La dichiarazione di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della successiva procedura di affidamento.

L'amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura.

**Si precisa che nella manifestazione di interesse non dovrà essere indicata alcuna offerta economica.** Pertanto, nel caso in cui la piattaforma richiedesse l'inserimento di un valore economico al fine di poter proseguire con l'invio della manifestazione di interesse, si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore di € 1,00 (valore simbolico di cui non si terrà conto).

## **TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE**

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare la documentazione di seguito elencata mediante la piattaforma di e-procurement Sintel, presso la quale si saranno dovuti precedentemente accreditare, entro i termini indicati nella piattaforma:

- Allegato 1) Richiesta di partecipazione, debitamente compilata e firmata digitalmente;
- Allegato 2) Informativa privacy fornitori, firmata digitalmente per accettazione;
- Avviso di indagine mercato, firmato digitalmente per accettazione;
- Relazione attestante la capacità tecnica di fornire un sistema EBUS e relativi servizi di assistenza con tutte le caratteristiche di richieste;
- Documentazione tecnica a supporto.

Gli operatori economici possono chiedere eventuali chiarimenti utilizzando la sezione presente su SinTel denominata "*Comunicazioni della procedura*". Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare la sezione "*Documentazione di gara*" di Sintel per eventuali chiarimenti pubblicati. L'O.E. è tenuto a monitorare con costanza l'eventuale aggiornamento.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet dell'ente [www.sanluigi.piemonte.it](http://www.sanluigi.piemonte.it), nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto la sezione "*Bandi di gara e contratti*".

Tutti gli adempimenti inerenti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i., saranno esperiti attraverso la sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito [www.sanluigi.piemonte.it](http://www.sanluigi.piemonte.it).

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In osservanza alle disposizioni previste dall'art. 28 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed applicabile dal 25 maggio 2018), si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente manifestazione di interesse sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa.

Detti dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del succitato Regolamento; i partecipanti alla manifestazione di interesse, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione dalla gara. È a disposizione degli operatori l'Informativa relativa (Allegato 2).

Il Dirigente Responsabile

Ing. PUPPATO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

GC/RS

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento<br>Dott. Roberto Spoto<br>Tel. 011/9026882<br>E-mail: r.spoto@sanluigi.piemonte.it |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

copia informatica per consultazione Protocollo n° 4443 del 18/03/2026