

“SISTEMI COMPLETI PER LA DIAGNOSTICA CITOGENETICA E MOLECOLARE”

RETTIFICA N. 3

LOTTO n. 1 Sistema completo per indagini di citogenetica molecolare corredato di microscopico ottico a fluorescenza e sistema di analisi di immagine computerizzata

DISCIPLINARE DI GARA a pag. 30 criteri di attribuzione di punteggio tecnico

Microscopio	Filtri (doppio rettificato in triplo) triplo (Green/Red e Dapi) con bilanciatore componente UV	5 0 punti: senza bilanciatore 5 punti: con bilanciatore
--------------------	---	--

Il filtro richiesto, oggetto di valutazione, è triplo e non doppio come erroneamente indicato nella tabella di valutazione

Orbassano, 02/07/2018

Il R.U.P.
(Dott. Michele GOLZIO)

