

SISTEMA SANITARIO REGIONALE DEL PIEMONTE

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

Regione Gonzole n. 10 - 10043 ORBASSANO (TO)

Tel. 011/90.26.279- Fax 011/90.26.541

*Procedura di gara per l'affidamento di un Sistema Completo di
Biologia Molecolare per identificazione rapida su liquido
cerebrospinale dei principali patogeni microbiologici e per
identificazione su sangue da emocoltura positiva dei principali
patogeni (batteri e miceti) e di alcuni meccanismi di resistenza*

occorrente al Laboratorio Analisi dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano

BANDO ESPLORATIVO

Questa Azienda, stazione appaltante della procedura di gara in oggetto, intende avviare una indagine conoscitiva al fine di acquisire conoscenze sulle aziende presenti sul mercato che possano offrire un sistema completo con i seguenti requisiti:

N°1 Strumento che permetta di eseguire l'esame del liquido cerebrospinale con le seguenti caratteristiche:

- Permettere la ricerca in biologia molecolare su liquido cerebrospinale almeno di *Listeria monocytogenes*, *N.meningitidis*, *H. influenzae*, *S. pneumoniae*, *S. agalactiae*, CMV, VZV, HSV e *Criptococcus*.
- Permettere la ricerca in biologia molecolare su emocoltura almeno di *Listeria monocytogenes*, *N.meningitidis*, *H. influenzae*, Enterobatteriacee, *P. aeruginosa*, *Acinetobacter*, *S. pneumoniae*, *S. agalactiae*, *C. albicans*, *C. glabrata*, *C. parapsilosis*, meccanismi di resistenza *mec A*, *van A/B*, KPC.
- Permettere la ricerca dei patogeni indicati, su liquido cerebrospinale o emocolture positive, in una unica seduta analitica (ricerca contemporanea di DNA, RNA) e con la stessa cartuccia.
- Non deve richiedere un precedente esame microscopico Gram del campione.
- Non deve richiedere pretrattamento del campione.
- Non deve richiedere l'intervento dell'operatore nelle fasi successive all'inizio del test.
- L'analisi non deve durare più di 90 minuti in totale.
- La presenza nel singolo test di controlli interni di estrazione e amplificazione.
- Essere in possesso della certificazione CE-IVD

n. di test previsti:

N° test anno su liquido cerebrospinale: 50

N° test anno su emocolture positive: 250

Le richieste di partecipazione alla gara da parte delle aziende interessate dovranno pervenire, a mezzo pec all'indirizzo sanluigi.fornitori@legalmail.it, entro il 06/11/2018

Orbassano, 23 ottobre 2018

IL R.U.P.
Dott. Michele GOLZIO
(Firmato in originale)

